


機能を正しく設定するために


各機能の説明（50～102ページ参照）で

点検チップ（またはグルテストセンサー）を抜き差しします。
という指示があるときは、次のように操作してください。

点検チップ



グルテストセンサー



①手で抜いて、

② 2秒以内に
差し込む

警告

測定結果にデリートマーク（**DEL**）をつけるとき（55ページ参照）は、感染を防ぐためグルテストセンサーをアルミパックで包んで抜き差ししてください。